

PROTOCOL 5 / LISTĂ DE CONTROL / GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE / DEZINFECȚIE / STERILIZARE CHIMICĂ PENTRU MIC INSTRUMENTAR

CATEGORIA CRITICĂ

URMĂTOARELE DATE SUPLIMENTARE :

SUPTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINF.	DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT CONCENTRAȚIE TIMP ACȚIUNE	STERILIZANT CHIMIC CONCENTRAȚIE TIMP ACȚIUNE	CLĂTIRE/ USCARE	VALABILITATE DILUȚIE / FRECVENȚA APLICĂRII	RESPONSABIL ASISTENTA NUME	SEMĂT
FREZE DIAMANTATE SPECIALE	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	ZETA 1 ULTRA 1% 15 MINUTE ÎN ULTRASUNETE	PERA SAFE 1,62% 10 MINUTE	H 2 O STERILĂ / CÎMP STERIL	24 ORE / CÎND EXISTĂ INSTRUMENTAR FOLOSIT	ASISTENTE : LAZĂR G. TORCOȘ G.	
INSTRUMENTAR ENDODONTIC DIVERS	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	ZETA 1 ULTRA 1% 15 MINUTE ÎN ULTRASUNETE	PERA SAFE 1,62% 10 MINUTE	H 2 O STERILĂ / CÎMP STERIL	24 ORE / CÎND EXISTĂ INSTRUMENTAR FOLOSIT	ASISTENTE : LAZĂR G. TORCOȘ G.	
DISPOZITIVE PARAPULPARE, RADICULARE	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	ZETA 1 ULTRA 1% 15 MINUTE ÎN ULTRASUNETE	PERA SAFE 1,62% 10 MINUTE	H 2 O STERILĂ / CÎMP STERIL	24 ORE / CÎND EXISTĂ INSTRUMENTAR FOLOSIT	ASISTENTE : LAZĂR G. TORCOȘ G.	
FREZE / CHEIȚE PARAPULPARE, RADICULARE	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	ZETA 1 ULTRA 1% 15 MINUTE ÎN ULTRASUNETE	PERA SAFE 1,62% 10 MINUTE	H 2 O STERILĂ / CÎMP STERIL	24 ORE / CÎND EXISTĂ INSTRUMENTAR FOLOSIT	ASISTENTE : LAZĂR G. TORCOȘ G.	
POLIPANTE CAUCIUC, PERIUȚE LUSTRUIT	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	DEZINFECTANT NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	ZETA 1 ULTRA 1% 15 MINUTE ÎN ULTRASUNETE	PERA SAFE 1,62% 10 MINUTE	H 2 O STERILĂ / CÎMP STERIL	24 ORE / CÎND EXISTĂ INSTRUMENTAR FOLOSIT	ASISTENTE : LAZĂR G. TORCOȘ G.	

PRODUSUL UTILIZAT PENTRU STERILIZAREA CHIMICĂ,
 CONCENTRAȚIA DE LUCRU A PRODUSULUI
 MICUL INSTRUMENTAR STERILIZAT LA FIECARE PROCEDURA
 ZIUA, DATA ȘI ORA PREPARĂRII SOLUȚIEI DE LUCRU ACTIVE
 ORA ÎNCEPERII FIECĂRUI CICLU DE STERILIZARE
 ORA TERMINĂRII FIECĂRUI CICLU DE STERILIZARE
 NUMĂRUL DE CICLURI DE STERILIZARE CHIMICĂ EFECTUATE ZILNIC
 ZIUA, DATA ȘI ORA EXPIRĂRII VALABILITĂȚII SOLUȚIEI DE LUCRU
 NUMELE ȘI SEMNĂTURA PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT PROCEDURILE
SUNT EVIDENȚIATE ÎN "REGISTRUL DE STERILIZARE CHIMICĂ"